Scheda Tecnica
1505
Collare cervicale tipo schanz con regolazione a Velcro®

Profilo prodotto

Codice
1505

Descrizione
Collare cervicale tipo schanz con regolazione a Velcro®

Nome commerciale
Cervilight schanz

Caratteristiche

- Struttura in plastica rigida traforata per l'aerazione;
- Bordatura in gommapiuma rivestita di vilpelle atossica;
- Chiusura posteriore con cinturino a Velcro®;
- Radiotrasparente.

Indicazioni

- Distorsioni della colonna cervicale da moderate a severe (colpo di frusta);
- Crisi vertiginose di origine cervicale;
- Artrosi cervicale;
- Granvi discopati o ernie discali con associata cervicobrachialgia;
- Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale.

Precauzioni d'uso

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni

In caso di dubbio sulle modalità di applicazione, rivolgersi ad un tecnico ortopedico.

È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

Taglia/misura

codice	**1500**			
taglia	**S**	**SL**	**M**	**L**
circonf. collo cm	30/35	35/40	35/40	40/45
altezza cm	9/12	9/12	10/14	10/14
Colori	bianco			

Confezione

Sacchetto in polietilene

Avvertenze

L'ortesi deve essere prescritta e utilizzata sotto controllo medico e applicata da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per informazioni inerenti ad un uso sicuro, in conformità alle esigenze individuali.

Per garantirne l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura.

Se ne raccomanda l'utilizzo da parte di un solo paziente.

In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico

ORTHOSERVICE AG
Sede: Via Milano 7 – CH-6830 Chiasso - Switzerland
info@orthoservice.com - www.orthoservice.com

Sede italiana
RO+TEN srl
Sede legale: Via F.lli Ruffini 10 - 20123 Milano
Sede operativa ed amministrativa: Via Comasina, 111 – Verano B.za MB
tel. +39 039 6014094 - fax +39 039 6014234 - info@roplusten.com – www.roplusten.com