## CHI È RO+TEN

RO+TEN da molti anni progetta, sviluppa e realizza dispositivi ortopedici, offrendo una gamma completa di prodotti, riconosciuti di alta efficacia terapeutica.

Continuamente aggiornato sull'evoluzione delle ricerche scientifiche in campo ortopedico ed avvalendosi di un incessante interscambio di informazioni ed esperienze con i medici ed i tecnici ortopedici, lo staff tecnico RO+TEN è costantemente impegnato nella ricerca di soluzioni ergonomiche, tecnologiche e di materiali, per offrire ai pazienti prodotti specialistici d'avanguardia.

La gamma dei prodotti
è suddivisa in due linee:

orthoself®

*identifica i prodotti ortopedici destinati alle patologie lievi e ai piccoli eventi traumatici, con o senza necessità di prescrizione.*
*Una famiglia di prodotti fruibile da chiunque, in caso di necessità.*

medicalortho®

*identifica presidi, ortesi e tutori ortopedici, destinati alle patologie più complesse, che necessitano della prescrizione medica e del supporto di un tecnico ortopedico.*

Grazie per aver scelto la qualità RO+TEN.

9DCFG00180ITA01

L'azienda RO+TEN ha ottenuto la certificazione del suo Sistema di Gestione per la Qualità secondo la normativa ISO 9001 dall'Ente SQS - Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management.

RO+TEN s.r.l.
via Monte Cervino, 50
20043 Arcore (MI)
tel. +39 039 601 40 94
fax +39 039 601 42 34
www.roplusten.com
info@roplusten.com

# Octofix

**ART. PR2-8503 • Immobilizzatore di clavicola**

Blocca dolcemente
solo dove serve

medicalortho®

LEGGERE ATTENTAMENTE E PER INTERO LE SEGUENTI ISTRUZIONI

È un dispositivo medico efficace nel garantire stabilità della parte interessata senza interferire sull'autonomia di mobilità nel resto del corpo.
La struttura è composta da tiranti ben imbottiti e rivestiti di velcro (per la chiusura), così da formare un bendaggio funzionale per l'immobilizzazione della sola clavicola. Leggero e confortevole, evita al paziente una fasciatura ingombrante e permette di svolgere tranquillamente le azioni quotidiane.
L'applicazione è semplice e immediata.



## CARATTERISTICHE

Struttura in tessuto garzato con imbottitura.

Applicazione tipo bendaggio ad otto con chiusura posteriore a velcro.

## INDICAZIONI

Fratture della clavicola

Sublussazione dell'articolazione acromion-claveare

## PRECAUZIONI D'USO

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni.

È consigliabile indossare un indumento, evitando il contatto diretto con la pelle.

In caso di dubbio sulle modalità di applicazione, rivolgersi ad un tecnico ortopedico.

È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere o forti campi elettromagnetici.

## COME SI INDOSSA *(per il medico/tecnico ortopedico e per il paziente)*

1. Appoggiare le parti imbottite (A) sulle spalle, tenendo l'attacco del passante triangolare (B) sul dorso.
2. Portare i cinturini (C) sotto le ascelle ed inserirli nei due lati liberi del passante triangolare (B). Tendere i cinturini di chiusura fino a raggiungere la posizione desiderata.







## AVVERTENZE

L'ortesi deve essere prescritta e utilizzata sotto controllo medico e applicata da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per informazioni inerenti ad un uso sicuro, in conformità alle esigenze individuali.

Per garantirne l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura.

Qualsiasi eventuale modifica di struttura o di regolazione del dispositivo deve essere prescritta da un medico ed eseguita da un tecnico ortopedico.

Se ne raccomanda l'utilizzo da parte di un solo paziente.

In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni. In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico.

## MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida a 30° C con sapone neutro; risciacquare accuratamente.
Lasciare asciugare lontano da fonti di calore.

Non disperdere nell'ambiente il dispositivo né alcuna sua componente.