Scheda Tecnica
8104 – 8105 – 8105 - 8107
Immobilizzatore di ginocchio

Profilo prodotto

Codice
8104 - 8105 - 8106 - 8107

Descrizione
Immobilizzatore di ginocchio

Nome commerciale
Immok 0°

Caratteristiche

— Struttura in morbida gommaschiuma bifoderata;
— Rivestimento interno in spugna;
— Aste rigide mediali-laterali e posteriori in lega leggera modellabili;
— Pannelli mediale e laterale regolabili;
— Apertura rotulea;
— Lavabile.

Indicazioni

— Necessità di immobilizzazione con ginocchio in estensione (post-chirurgica o post-traumatica).

Precauzioni d'uso

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni

In caso di dubbio sulle modalità di applicazione, rivolgersi ad un tecnico ortopedico.

È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere o forti campi elettromagnetici.

Taglia/misura

codice	**8104**	**8105**	**8106**	**8107**
taglia	**universale**			
lungh. cm	40	50	60	70
colori	nero			
	ambidestro			

Confezione

Sacchetto in polietilene
Scatola in cartone

Avvertenze

L'ortesi deve essere prescritta e utilizzata sotto controllo medico e applicata da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per informazioni inerenti ad un uso sicuro, in conformità alle esigenze individuali.

Per garantirne l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura.

Qualsiasi eventuale modifica di struttura o di regolazione del dispositivo deve essere prescritta da un medico ed eseguita da un tecnico ortopedico.

Se ne raccomanda l'utilizzo da parte di un solo paziente.

In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni

In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico.

ORTHOSERVICE AG
Sede: Via Milano 7 – CH-6830 Chiasso - Switzerland
info@orthoservice.com - www.orthoservice.com

Sede italiana
RO+TEN srl
Sede legale: Via F.lli Ruffini 10 - 20123 Milano
Sede operativa ed amministrativa: Via Comasina, 111 – Verano B.za MB
tel. +39 039 6014094 - fax +39 039 6014234 - info@roplusten.com – www.roplusten.com